



Warszawa, 16.03.2021 r.

Dotyczy: Projekt „SynerGa”

POIR.04.01.01-00-0036/18

Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

W postępowaniu WG-SF/ZK/22/2021 na analizy pirolityczne 200 próbek skał macierzystych z wykorzystaniem aparatu Rock Eval-6 padło następujące pytanie i odpowiedź:

Pytanie 1: Dzień dobry, chciałabym doprecyzować pewną kwestię dotyczącą złożonego przez UW zapytania ofertowego na analizy Rock-Eval. Rozumiem, że łącznie, w ramach badań, ma być zrobionych 400 analiz (200 próbek po dwie)?

Odpowiedź 1: Dzień dobry, łącznie w ramach badań ma być zrobionych 200 analiz, natomiast standardowo, w celu sprawdzenia poprawności pomiaru każdą z 200 próbek trzeba zmierzyć dwukrotnie i podać średnią z dwóch pomiarów.